



Ref. Certif. No.

CA/8567/CSA

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE

CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product  
Produit

Portable Oxygen Concentrator

Name and address of the applicant  
Nom et adresse du demandeur

Respironics Inc.  
1001 Murry Ridge Lane  
Murrysville PA 15668-8550  
USA

Name and address of the manufacturer  
Nom et adresse du fabricant

Respironics Georgia Inc  
175 Chastain Meadows Crt  
Kennesaw, GA 30144-3724  
USA

Name and address of the factory  
Nom et adresse de l'usine

Same as manufacturer above

Note: When more than one factory, please report on page 2  
Note: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la 2<sup>me</sup> page

Ratings and principal characteristics  
Valeurs nominales et caractéristiques principales

18VDC, 5A, Internally powered/Class II, Type BF. For use with Ault external power supply Model MW116XX, rated 100-240VAC, 50/60Hz, 1.0

Trademark (if any)  
Marque de fabrique (si elle existe)

-

Model / Type Ref.  
Ref. De type

EverGo model 900-000

Additional information (if necessary may also be reported on page 2)  
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiqués sur la 2<sup>me</sup> page

Tested under the WMT Procedure (WMT-070).  
 Additional Information on page 2

A sample of the product was tested and found to be in conformity with  
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à la

**PUBLICATION** **EDITION**  
IEC 60601-1: 1988 + A1: 91+ A2: 95 2<sup>nd</sup> Ed.  
Dev.: CA-US-DK-AU-IL-KR

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate  
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de référence qui constitue partie de ce Certificat

175392-1799690

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body  
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**



CSA International  
178 Rexdale Boulevard  
Toronto, ON M9W 1R3

Date: April 2, 2007

Signature: Gianluca Arcari, P. Eng., MBA



Ref. Certif. No.

**CA/8567/CSA**

**Additional information (if necessary)**  
**Information complémentaire (si nécessaire)**

Evaluated to IEC/CSA 601-1 +A1 +A2 excluding requirements for Electromagnetic compatibility (Clause 36, CSA 60601-1-2), Biocompatibility (Clause 48) and Programmable Electronic Systems (Clause 52.1, CSA 60601-1-4), Usability (CSA 60601-1-6), Alarms (CSA 60601-1-8).

**Date:** April 2, 2007

**Signature:** Gianluca Arcari, P. Eng., MBA